



Etalons Densité 15°C

Code Produit	Valeur certifiée nominale g/mL	Conditionnement
DEN15-02	0.7306	60mL
DEN15-04	0.8118	60mL
DEN15-05	0.8549	60mL
DEN15-06	0.8628	60mL
DEN15-07	0.8780	60mL
DEN15-08	0.9413	60mL
DEN15-09	0.9829	60mL
DEN15-10	1.0269	60mL
DEN15-11	1.0695	60mL
DEN15-12	1.1283	60mL
DEN15-13	1.1963	60mL
DEN15-14	1.2878	60mL
DEN15-15	1.6309	60mL

Etalons Densité 20°C

Code Produit	Valeur certifiée nominale g/mL	Conditionnement
DEN20-01	0.6696	60mL
DEN20-02	0.7264	60mL
DEN20-03	0.7788	60mL
DEN20-04	0.8383	60mL
DEN20-05	0.8554	60mL
DEN20-06	0.8708	60mL
DEN20-07	0.9376	60mL
DEN20-08	0.9817	60mL
DEN20-09	1.0257	60mL
DEN20-10	1.0677	60mL
DEN20-11	1.1258	60mL
DEN20-12	1.1917	60mL
DEN20-13	1.2849	60mL
DEN20-14	1.6226	60mL



Agence Nord :
 Plug N'Work - Campus Effiscience
 2 Rue Jean Perrin - Bât D
 14460 Colombelles

Agence Sud :
 Hôtel d'Entreprises de La Croix Rouge - Lot A4

Tél: 02.31.34.50.74 Fax: 02.31.34.55.17

10 Av de la Croix Rouge - 84000 Avignon
 Tél : 04.90.27.17.95 Fax : 04.90.27.17.52

www.deltalabo.fr



Etalons Densité 25°C

Code Produit	Valeur certifiée nominale g/mL	Conditionnement
DEN25-01	0.6651	60mL
DEN25-02	0.7223	60mL
DEN25-03	0.7750	60mL
DEN25-04	0.8349	60mL
DEN25-05	0.8678	60mL
DEN25-06	0.9340	60mL
DEN25-07	0.9803	60mL
DEN25-08	1.0242	60mL
DEN25-09	1.0657	60mL
DEN25-10	1.1233	60mL
DEN25-11	1.1869	60mL
DEN25-12	1.2819	60mL
DEN25-13	1.6143	60mL

Etalons Densité 40°C

Code Produit	Valeur certifiée nominale g/mL	Conditionnement
DEN40-01	0.6514	60mL
DEN40-02	0.7098	60mL
DEN40-03	0.7940	60mL
DEN40-04	0.8247	60mL
DEN40-05	0.8714	60mL

Etalons Densité 50°C

Code Produit	Valeur certifiée nominale g/mL	Conditionnement
DEN50-01	0,7870	60mL
DEN50-02	0,8269	60mL
DEN50-03	0,8655	60mL



Agence Nord :
 Plug N'Work - Campus Effiscience
 2 Rue Jean Perrin - Bât D
 14460 Colombelles

Agence Sud :
 Hôtel d'Entreprises de La Croix Rouge - Lot A4
 10 Av de la Croix Rouge - 84000 Avignon
 Tél : 04.90.27.17.95 Fax : 04.90.27.17.52

Tél: 02.31.34.50.74 Fax: 02.31.34.55.17

www.deltalabo.fr



Etalons Densité 60°C

Code Produit	Valeur certifiée nominale g/mL	Conditionnement
DEN60-01	0.7986	60mL
DEN60-02	0.8255	60mL
DEN60-03	0.8675	60mL

Etalons Densité 80°C

Code Produit	Valeur certifiée nominale g/mL	Conditionnement
DEN80-01	0.7847	60mL
DEN80-02	0.8227	60mL
DEN80-03	0.8568	60mL

Etalons Densité 100°C

Code Produit	Valeur certifiée nominale g/mL	Conditionnement
DEN100-01	0.7706	60mL
DEN100-02	0.8103	60mL
DEN100-03	0.8541	60mL



Etalons Densité 150°C

Code Produit	Valeur certifiée nominale g/mL	Conditionnement
DEN150-01	0.7349	60mL
DEN150-02	0.7795	60mL
DEN150-03	0.8277	60mL

Etalons Densité Eau Ultra Pure

Code Produit	Valeur certifiée nominale g/mL	Conditionnement
DEN-WAT	0.9982 (20°C) -- 0,9970 (25°C)	60mL
DEN-WAT3	0.9982 (20°C) -- 0,9970 (25°C)	60mL